USER MANUAL
Shower and commode transport chair 3in1
Product code: SANI-TIM

1. Characteristics
Shower and commode wheelchair is made of powder coated aluminum frame. It features flip-up armrests for easy entry and exit for people with reduced mobility. It is equipped with a seat with wedge made of PU, front swivel 5" wheels with brakes, rear 24” solid wheels with quick-release function and removable footrests. Chair has also handle for the accompanying person and a sanitary container. The construction of the wheelchair makes it possible to slide over the toilet seat.

The set includes: chair left and right frame with wheels, backrest with armrests, seat with wedge, right and left footrest, sanitary container with lid, 24” rear wheels (2 pcs.), upper and lower front connecting tube, back connecting cube, screws with caps (6 pcs), locking knobs (2 pcs), Allen key.

Elements of the chair:

- **A.** Handle
- **B.** Backrest
- **C.** Armrest
- **D.** Seat
- **E.** Sanitary container
- **F.** Footrest
- **G.** Armrests flip-up lock
- **H.** Parking brake
- **I.** 5” wheel with brake
- **J.** Rear 24” wheel with handrims
- **K.** Quick release mechanism



2. Application
Shower and commode wheelchairs are designed for individuals who have difficulty moving independently, as well as for patients with dysfunctions or reduced mobility. The wheelchair is intended for indoor use only. It serves both as a shower and a commode chair, thanks to a moisture-resistant aluminium

frame and a sanitary container located beneath the seat. It facilitates daily hygiene routines. The wheelchair is especially recommended for people with mobility impairments caused by conditions such as paralysis, obesity or extreme underweight, limb deformities or degenerative diseases, joint degeneration or injuries, limb injuries or amputations, and cardiovascular or circulatory disorders.

3. Assembly

1. To prevent wheelchair frame from moving during assembly, lock the brakes by pressing brake levers down.
2. Connect the right and left frame with tubes using screws and Allen key (picture 1). Put the caps on the mounting openings afterwards (picture 2).





3. Install the seat on the top of the frame. Slide sanitary container under the seat from the back.
4. **Mount rear wheels:** Insert the quick release mechanism (K) into the rear wheel opening. Make sure that the middle ring inside the opening is in center position and is not covering opening (picture 3 and 4). Put the mechanism inside the opening, pressing simultaneously black cap on it (picture 5). After mechanism is on the wheel, put it inside the opening on the rear frame of the chair, pressing black cap again. Correctly mounted mechanism should go through the opening on the other side of the frame tube (picture 6). Repeat on the other side.







5. Put backrest tubes onto chair frame and secure them with locking knobs. Press the armrests lock and lower the armrests till they’re secured in place.
6. Fix the footrest on the front frame elements (picture 2).



WHEELCHAIR HANDLING

- Check the condition of the parking brakes, construction and castors. Check the proper assembly of the components and their adjustment.
- Before using, make sure that the chair's width matches the user, as the chair is not equipped with width adjustment.
- The chair is designed to be used for short distances and inside only. The chair doesn’t have a shock absorber, so long-term use is not recommended.

NOTE! Do not use the chair if any defects or deficiencies are noticed.

FLIP-UP FUNCTION OF ARMRESTS

- Press the lock (G) located under the armrest and lift the armrest upwards with a gentle movement.
- **Do not** use the armrest as a support while standing up. If help is required – ask for assistance.

REAR WHEELS QUICK RELEASE FUNCTION

- Rear 24” wheels can be easily removed thanks to the quick release function, allowing to use it as shower or toiler chair. To remove rear wheels, press black cap of quick release mechanism (K) on the wheel and take it out.

- To mount it back, press black cap of the mechanism and put it back into opening on the rear frame.

BRAKES

- To lock the front castors, press the pedals with your foot. To unlock the wheel, lift up the pedal.
- To lock the rear wheel, pull the parking brake lever onwards. To unlock the wheel, pull the brake lever in the opposite direction.

GETTING ONTO THE CHAIR

- It is essential to lock the brakes while getting in or out of the chair, changing the user's position or getting off.
- While changing place, the chair should be located as close as possible to the place of transfer. The chair should touch the bed or other seat being used. If the user cannot change his/her seat independently, transfer the user to the chair.
- The user should sit as deep as possible in the middle of the seat in order to avoid chair instability.
- **Do not step** on footrest while getting onto or out of the chair. This may cause the damage.

4. Technical data

Overall width	68,5 cm
Inner width	50 cm
Overall depth	104 cm
Seat height from the ground	52 cm
Overall height	100 cm*
Seat dimensions	50 x 45 cm
Weight	22 kg
Maximum capacity	120 kg
Frame color	white

** height measured with 24" wheels on*

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility for improper use of the product and failure to comply with safety regulations.

6. Cleaning and maintenance

Carry out the maintenance of the chair components regularly:

- The seat can be cleaned with a damp cloth and cold or warm water, without the use of detergents. Difficult stains can be cleaned with a sponge.
- Plastic elements should be cleaned with damp cloth with the use of appropriate detergents for plastic elements. In such case follow the instructions given by the producer and safety measures.
- Empty and disinfect the toilet bucket and toilet seat after each use. Use cleaning products according to producer's recommendations.

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that, for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prysznicowo-toaletowy wózek transportowy 3w1
Kod produktu: SANI-TIM

1. Wykonanie
Wózek transportowy wykonany jest z aluminiowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Wyposażony w siedzisko z klinem wykonane z PU, przednie obrotowe koła 5” z hamulcami, tylne koła 24” z szybkozłączką i zdejmowalne podnóżki. Wózek posiada również uchwyt dla osoby prowadzącej oraz pojemnik sanitarny. Konstrukcja wózka umożliwia najeżdżanie na sedes.

Zestaw zawiera: prawą i lewą ramę wózka z kółkami, oparcie z podłokietnikami, siedzisko z klinem, prawy i lewy podnóżek, pojemnik sanitarny z pokrywką, tylne koła 24” (2 szt.), górna i dolna rurka łącząca, tylna rurka łącząca, śruby z zaślepkami (6 szt.), śruby blokujące oparcie (2 szt.), klucz imbusowy.

Elementy wózka:

- **A.** Uchwyt
- **B.** Oparcie
- **C.** Podłokietnik
- **D.** Siedzisko
- **E.** Pojemnik sanitarny
- **F.** Podnóżek
- **G.** Blokada podłokietnika
- **H.** Hamulec postojowy
- **I.** Koło 5” z hamulcem
- **J.** Tylne koło 24” z ciągiem napędowym
- **K.** Mechanizm szybkozłączki



2. Zastosowanie
Prysznicowo-toaletowy wózek transportowy jest sprzętem pomocniczym dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. Może być obsługiwany tylko przy pomocy osoby

towarzyszącej. Wózek pełni funkcję prysznicową, transportową i toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem i cztery obrotowe koła. Ma na celu ułatwienie czynności higienicznych i fizjologicznych użytkownika. Szczególnie zalecany dla osób mających problemy z poruszaniem się wywołane przez: paraliż, nadwagę, zwyrodnienia lub deformację kończyn, zwyrodnienia czy uszkodzenia stawów, uszkodzenie kończyn lub ich amputacje, choroby serca i naczyń, zaburzenia krążenia.

3. Montaż i użytkowanie

1. W celu unieruchomienia ramy wózka podczas montażu, należy zablokować hamulce poprzez naciśnięcie dźwigni hamulca w dół.
2. Połączyć prawą i lewą stronę ramy za pomocą rurek oraz zabezpieczyć śrubami używając klucza imbusowego (zdjęcie 1). Założyć zaślepki na otwory montażowe (zdjęcie 2).



3. Zamontować siedzisko na górnej części ramy. Wsunąć pojemnik sanitarny pod siedzisko od tyłu.
4. **Montaż tylnych kół:** Wsunąć mechanizm szybkozłączki (K) w otwór montażowy na tylnym kole. Upewnij się, że pierścień w środku jest na środku i nie zakrywa otworu przez który przechodzić będzie mechanizm (zdjęcie 3 i 4). Przełóż mechanizm przez otwór, jednocześnie naciskając czarną nasadkę mechanizmu (zdjęcie 5). Po założeniu mechanizmu na koło, przełożyć go przez otwór montażowy na tylnej ramie, ponownie wciskając czarną nasadkę. Poprawnie zamontowany mechanizm powinien przejść całkowicie przez otwór, aż na drugą stronę zdjęcie 6). Powtórzyć czynność po drugiej stronie.



5. Założyć oparcie na ramę wózka i dokręcić pokrętłami. Nacisnąć blokadę podłokietników i opuścić je do momentu ich zablokowania w miejscu.
6. Zamocować podnóżek do przedniej części ramy (rysunek 2).



OBSŁUGA WÓZKA

- Przed każdym użyciem wózka należy sprawdzić sprawność hamulców, sprawność konstrukcyjną oraz stan kół. Należy również zwrócić uwagę na poprawność montażu poszczególnych elementów i ich prawidłową regulację.
- Wózek nie posiada regulacji szerokości, przed rozpoczęciem użycia należy upewnić się, że szerokość wózka jest dostosowana do użytkownika.
- Wózek przeznaczony jest do pokonywania wyłącznie krótkich odcinków w pomieszczeniach. Wózek nie posiada amortyzatorów, dlatego jego długotrwałe używanie jest niewskazane.

Uwaga! Nie należy używać wózka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków

UCHYLANIE PODŁOKIETNIKÓW

- Nacisnąć blokadę (G) znajdującą się pod podłokietnikiem i delikatnym ruchem unieść podłokietnik do góry.
- **Nie należy** używać podłokietników jako pomocy do wstawania. W razie potrzeby należy wezwać osobę do pomocy.

FUNKCJA SZYBKOZŁĄCZKI NA TYLNYCH KOŁACH

- Tylne koła (24”) mogą zostać zdemontowane w celu użytkowania krzesła pod prysznicem lub przy najeździe nad toaletę. Aby usunąć koła należy nacisnąć czarną nasadkę mechanizmu szybkozłączki (K) na kołach i wyjąć je.
- Aby zamontować koła z powrotem należy nacisnąć czarną nasadkę mechanizmu i założyć je ponownie w otwory montażowe.

HAMULCE

- Aby zablokować przednie kółka, należy nacisnąć pedały hamulca stopą. Aby odblokować koło, unieść pedał do góry.
- Aby zablokować tylne koło, należy pociągnąć dźwignię hamulca postojowego do przodu. Aby odblokować koło, pociągnąć dźwignię w przeciwnym kierunku.

WSIADANIE NA WÓZEK

- W trakcie wsiadania, zsiadania, zmiany pozycji użytkownika, postoju należy bezwzględnie zablokować hamulce.
- Wózek powinien być ustawiony jak najbliżej miejsca przesiadania, tak by stykał się z łóżkiem lub innym używanym siedziskiem. Jeżeli użytkownik nie jest w stanie przesiąść się samodzielnie, należy przenieść użytkownika na wózek.
- W wózku należy usiąść maksymalnie głęboko, po środku siedziska, aby zapobiec niestabilności produktu.
- **Nie wolno** stawać na podnóżkach podczas wchodzenia lub schodzenia z krzesła. Może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	68,5 cm
Szerokość wewnętrzna	50 cm
Głębokość całkowita	104 cm

Wysokość siedziska od podłoża	52 cm
Wysokość całkowita	100 cm*
Wymiary siedziska	50 x 45 cm
Waga	22 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg
Kolor ramy	biały

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać konserwacji elementów wózka:

- Siedzisko może być czyszczone zimną lub ciepłą wodą przy pomocy zwilżonej (nie mokrej) szmatki oraz bez użycia detergentów. Trudniejsze plamy należy czyścić przy użyciu gąbki.
- Elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić zwilżoną szmatką, ewentualnie z wykorzystaniem środków do czyszczenia tworzyw sztucznych. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami bezpieczeństwa przy wykorzystaniu detergentów.
- Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik sanitarny oraz siedzisko. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii	UDI	Kod UDI
SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

10/2025 (II)